

ZERTIFIKAT CERTIFICATE



Nr. /No. 180940-AU01

ADRESSE: H/P/COSMOS SPORTS & MEDICAL GMBH
ADRESS: AM SPORTPLATZ 8
83365 NUSSDORF-TRAUNSTEIN

PRODUKT: LAUFBAND-ERGOMETER
PRODUCT: TREADMILL ERGOMETER

MODELL NAME: LAUFBAND H/P/COSMOS 170-190/65 QUASAR/PULSAR
MODEL SERIES: TREADMILL H/P/COSMOS 170-190/65 QUASAR/PULSAR

Dieses Zertifikat basiert auf dem, unter der Vorgangsnummer 180940-AU01, geprüften Gerät. Der Inverkehrbringer ist dafür verantwortlich, dass die Produktion dauerhaft den beschriebenen Anforderungen entspricht. This certificate is based on the device tested under reference number 180940-AU01. The manufacturer is responsible to ensure that production meets the specified requirements on a permanent basis.

SCHUTZZIELE: GEPRÜFT NACH:
OBJECTIVES: TESTED ACCORDING

EMV Richtlinie	EN 60601-1-2:2015 / IEC 60601-1-2:2014 (Edition 4.0)
EMC Directive	EN 55014-1:2006/ CISPR 14-1:2005
2014/30/EU	EN 55014-2:2015/ CISPR 14-2:2015
	Mains terminal disturbance voltage (150 kHz – 30 MHz) EN 55011/ CISPR 11
	Electromagnetic radiation disturbance (30 MHz – 1 GHz) EN 55011/ CISPR 11
	Electrostatic discharge EN 61000-4-2/ IEC 61000-4-2
	Radiated RF electromagnetic field EN 61000-4-3/ IEC 61000-4-3
	Proximity fields from RF wireless communications equipment EN 61000-4-3/ IEC 61000-4-3
	Electrical fast transient/burst EN 61000-4-4/ IEC 61000-4-4
	Surge EN 61000-4-5/ IEC 61000-4-5
	Conducted disturbances induced by RF fields EN 61000-4-6/ IEC 61000-4-6
	Power frequency magnetic field EN 61000-4-8/ IEC 61000-4-8
	Voltage dips, short interruptions and voltage variations EN 61000-4-11/ IEC 61000-4-11
	Continuous disturbance (148.5 kHz – 30 MHz) EN 55016-2-1/ CISPR 16-2-1
	Radiated disturbance (30 MHz – 1000 MHz) EN 55016-2-3 / CISPR 16-2-3
	Voltage fluctuations and flicker EN 61000-3-3 / IEC 61000-3-3

AUSSTELLUNGSDATUM:
DATE OF ISSUE:
29. April 2019

UNTERSCHRIFT:
SIGNATURE:

Christian Kiermeier
Laborleiter/technical executive