TÜVRheinland®
Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.1035
Certificate

Revisão: 00
Review

Solicitante:
Applicant

HAB AMÉRICA DO SUL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Rua Aeroporto, 192 – Sala A – Chacaras Marco
06419-260 – Barueri – SP
CNPJ: 16.586.751/0001-71

Fabricante:
Manufacturer

Fabricante:
h/p/cosmos Sports & Medical GmbH
Am Sportplatz 8 DE-83365 Nussdorf-Traunstein – Germany

Fornecedor / Representante Legal:
Supplier / Legal Representative

Não aplicável

Modelo de Certificação:
Certification Model

Modelo de Certificação 5, conforme portaria nº 384 de 18 de dezembro de 2020 do INMETRO, com Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no fabricante, condicionado por avaliação e aprovação do Gerenciamento de Risco do fabricante.

Regulamento / Normas:
Regulation / Standards

ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 + Emenda 2:2022
ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 + Emenda 1:2022
ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 + Emenda 1:2020 + Emenda 2:2022
ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 + Emenda 2:2022*
Somente para os requisitos 4.1, 4.5.2 e 4.5.3 da referida norma.

De acordo com as prescrições da Portaria 384 de 18/12/2020 – INMETRO. Nos termos da Resolução – RDC n. º 549 de 30 de agosto de 2021 – ANVISA

Produto:
Product

Esteira h/p/cosmos 150/50 G7 (pluto, mercury)
Certificação por familia.

Emissão e Validade:
Issued and Validity

Emissão em: 18/05/2026
Esta revisão é válida de 18/05/2026 até Indeterminada.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da TÜV Rheinland previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.
The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities and the treatment of possible non-conformities in accordance with TÜV Rheinland's guidelines as established in the specific RAC. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.

Digitally signed by TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Array, cn=TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165
Reason: Digital Signature
Location: //BR
Date: 20.05.2026 14:55:24 +0000

Francisco Rafael do Lago Godoi
Coordenador Geral de Operações

Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400
Água Branca – São Paulo – SP – CEP: 05001-903
CNPJ: 01.950.467/0001-65 – Tel.: 55 11 3514.5700
https://www.tuv.com/brasil/br/ - MS-0032142 Rev.11

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3
Informações adicionais estão contidas nas páginas subsequentes.
This document is valid when displayed with all its pages.
Further information are contained on the following pages.

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO
OCP 0004
ACREDITADO DESDE 1993

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/113757619253144439

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.1035
Certificate

Revisão: 00
Review

Item *Item*	Marca *Brand*	Modelo / Versão *Model / Version*	Descrição *Description*	Código de Barras GTIN *GTIN Barcode*
1	**h/p/cosmos**	pluto® lt med	200 - 240 V c.a, 50-60 Hz, 6,0-13,5 A, Proteção contra choque elétrico Classe I, Parte aplicada do tipo B, IP20, modo de operação contínuo	40505880035862
2	**h/p/cosmos**	pluto® lt med OEM		40505880036098
3	**h/p/cosmos**	pluto® ef med		40505880036234
4	**h/p/cosmos**	pluto® ef med OEM		40505880036470
5	**h/p/cosmos**	pluto® med		40505880036616
6	**h/p/cosmos**	pluto® med OEM		40505880036852
7	**h/p/cosmos**	stratos® med		40505880037088
8	**h/p/cosmos**	stratos® med OEM		40505880037224
9	**h/p/cosmos**	mercury® med		40505880037460
10	**h/p/cosmos**	mercury® med OEM		40505880037606

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:
Laboratory, Test Report and Date

TÜV SÜD Product Service GmbH Hannover
Relatório Nº 713309570 de 27-05-2024

Element Materials Technology Straubing GmbH
Relatório Nº 230237-AU01+E01 de 06-02-2024
Relatório Nº 230533-AU01+S01 de 21-02-2024

Relatório de Auditoria e Data:
Audit Report and Date

Auditoria no Solicitante: 40-2026-0100055-G001 - 09/02/2026
Auditoria no Fabricante: 40-2022-08-002512-G001 – 22/01/2026

Este certificado está vinculado ao projeto:
This certificate is related to project

P00780111

Especificações:
Description

Proposta comercial 27129941 aceita em 15/08/2022

Versão do Software avaliado:
Software Version evaluated

cos101000-v1.8.XXXX

Versão do Manual do usuário do Produto avaliado:
Version of User Manual evaluated

cos105000_150-50_G7 1.06 – 22.02.2024

Versão do Projeto do Produto avaliado:
Version of Product Design evaluated

20250506

Lista de acessórios e partes ensaiadas em conjunto com o produto:
Accessories List and parts tested together with the product

Não aplicável

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/113757619253144439

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400
Água Branca – São Paulo – SP – CEP: 05001-903
CNPJ: 01.950.467/0001-65 – Tel.: 55 11 3514.5700
https://www.tuv.com/brasil/br/ - MS-0032142 Rev.11

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3
Informações adicionais estão contidas nas páginas subsequentes.
This document is valid when displayed with all its pages.
Further information are contained on the following pages.

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO
OCP 0004
ACREDITADO DESDE 1993

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.1035
Certificate

Revisão: 00
Review

Natureza das Revisões e Data:
Nature of Reviews e Date

Revisão: 00 – 18/05/2026 Certificação Inicial.
Review

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/113757619253144439

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Endereço Escritório: Avenida Francisco Matarazzo, 1400
Água Branca – São Paulo – SP – CEP: 05001-903
CNPJ: 01.950.467/0001-65 – Tel.: 55 11 3514.5700
https://www.tuv.com/brasil/br/ - MS-0032142 Rev.11

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3
Informações adicionais estão contidas nas páginas subsequentes.
This document is valid when displayed with all its pages.
Further information are contained on the following pages.

CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO
OCP 0004
ACREDITADO DESDE 1993